



SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATÉRIA RECEBIDA Nº 248/2023

Ibitinga/SP, 17 de maio de 2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga, Ricardo Adão do Prado;

Resposta ao requerimento de informação do Ilustríssima Vereadora Alliny Sartori

Requerimento nº167/2023

O SAMS – Serviço Autônomo Municipal de Saúde de Ibitinga, neste ato representado pela sua Gestora que abaixo assina, vem respeitosamente, apresentar resposta a indicação em epígrafe, referente aos aparelhos de Glicemia para gestantes diabéticas de nosso município.

1) Quais os procedimentos que são tomados, quanto a manutenção do aparelho de monitoramento de glicemia para gestantes?

O protocolo de manutenção determina que tal procedimento comece com a realização de um teste com solução controle. Esse teste é usado para verificar se o aparelho está medindo os níveis de açúcar no sangue com precisão. Se o aparelho não passar no teste, ele é trocado por um novo e o aparelho com defeito é enviado de volta ao fornecedor para reparo.

É importante lembrar que, além da manutenção adequada do aparelho, as gestantes também recebem orientação sobre como usar o aparelho corretamente e interpretar os resultados. Sendo realizado por profissionais de saúde treinados, como médicos e enfermeiros. Além da disponibilização de atendimento e informações junto às Unidades de Saúde.

2) É de conhecimento do setor responsável da saúde as divergências que a medição do aparelho daqui vem tendo com outros aparelhos?

Até o presente momento não há nenhum posicionamento oficial por qualquer das unidades que atendem tais pacientes, no sentido informado por este requerimento. Contudo, é possível que haja divergências entre as medições feitas com aparelhos diferentes, mas é importante minimizar essas diferenças para garantir que as gestantes recebam o cuidado adequado.

Uma abordagem para minimizar essas diferenças é realizar o acompanhamento da gestante e realizar testes laboratoriais para confirmar os resultados obtidos com o aparelho de glicemia, orientação realizada aos nossos profissionais. Além garantir que os enfermeiros recebam treinamento sobre o uso adequado do aparelho e da solução controle, para garantir que as medições sejam feitas corretamente.

A empresa responsável pelos aparelhos fornece treinamento sobre a utilização da solução controle e disponibilizou um SAC para que os enfermeiros possam intervir frente a qualquer intercorrência com os aparelhos. Isso deve ajudar a garantir que os





SAMS IBITINGA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

aparelhos estejam sendo utilizados corretamente e que quaisquer problemas possam ser resolvidos rapidamente.

Atenciosamente,

QUEILA TERUEL PAVANI
Gestora do SAMS

